

1. 土木与交通学院

- (1) 2024115-001-120: 实验室内卫生较差; 实验台的残渣未清理。
- (2) 2024115-002-122: 配电箱前有物品遮挡; 设备处于运行状态, 但无人看守。
- (3) 2024115-003-135: 设备处于运行状态, 但无人看守; 试剂任意放在实验台上(应存放到专门的试剂柜中); 有未贴标签的不明液体; 实验室卫生未及时清理。
- (4) 2024115-004-137: 实验台的残渣未及时清理; 试剂任意放在实验台上(应存放到专门的试剂柜中); 不能用矿泉水瓶装试剂(应该贴标签)。
- (5) 2024115-005-143: 配电箱前有物品遮挡。
- (6) 2024115-006-145: 卫生较差, 杂物未及时清理; 缺门牌信息; 设备处于运行状态, 但无人看守。
- (7) 2024115-007-147: 实验产生的残渣未及时清理。

2. 智能院

- (1) 2024116-001-103: 灭火器无安全警示标识。
- (2) 2024116-002-105: 杂物未及时清理。
- (3) 2024116-003-107: 配电箱阻挡。
- (4) 2024116-004-115: 实验室物品应有序摆放、杂物未及时清理。
- (5) 2024116-005-208: 垃圾未及时清理。
- (6) 2024116-006-210: 垃圾未及时清理。
- (7) 2024116-007-229: 无实验设备安全操作规程。
- (8) 2024116-008-210: 无实验设备安全操作规程。
- (9) 2024116-009-231: 无实验设备安全操作规程。
- (10) 2024116-010-212: 放置与实验无关用品(床)。

3. 信息院 20、21 号楼

- (1) 2024117-001-113: 信息牌与实验室设施不符(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024094)号】, 未整改到位)。
- (2) 2024117-002-408: 信息牌与实验室设施不符(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024094)号】, 未整改到位)。
- (3) 2024117-003-410: 信息牌与实验室设施不符(2024年9月安全检

查已通知【实安第（2024094）号】，未整改到位）。

（4）2024117-004-413：信息牌与实验室设施不符(2024年9月安全检查已通知【实安第（2024094）号】，未整改到位)。

（5）2024117-005-111：灭火器未在显著位置张贴标识。

（6）2024117-006-202：安全通道门遮挡、杂物未及时清理、拖线板置地。

（7）2024117-007-206：安全通道门遮挡、杂物未及时清理。

4. 信息院 2 号楼

（1）2024118-001-101：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（2）2024118-002-109：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（3）2024118-003-110：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（4）2024118-004-112：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（5）2024118-005-113：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（6）2024118-006-114：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（7）2024118-007-201：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（8）2024118-008-202：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（9）2024118-009-210：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（10）2024118-010-211：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（11）2024118-011-212：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（12）2024118-012-214：灭火器地面未张贴警示线，部分灭火器箱前有物品遮挡。

（13）2024118-013-214：无安全管理制度展板、电源箱盖板破损。

5. 力学院

(1) 2024119-001-D401: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(2) 2024119-002-D402: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(3) 2024119-003-D403: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(4) 2024119-004-D404: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(5) 2024119-005-D409: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(6) 2024119-006-D410A: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(7) 2024119-007-D410B: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(8) 2024119-008-D411A: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(9) 2024119-009-D413: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(10) 2024119-010-D416A: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(11) 2024119-011-D416B: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(12) 2024119-012-D417: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)

(13) 2024119-013-D418: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(14) 2024119-014-E401: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(15) 2024119-015-E402: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(16) 2024119-016-E403: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(17) 2024119-017-E409: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(18) 2024119-018-E410: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(19) 2024119-019-E411: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(20) 2024119-020-E414: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(21) 2024119-021-E415: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(22) 2024119-022-E416: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】, 未整改到位)。

(23) 2024119-023-E417: 灭火器未在显著位置张贴标识; 无实验室

安全相关管理制度展板(2024年9月安全检查已通知【实安第(2024061)号】，未整改到位)。

(24)2024119-024-D410A: 灭火器未按规定存放、无定期巡检记录、压力指示不明。

(25) 2024119-025-D411B: 药箱放置位置不合理。

(26) 2024119-026-D417: 药箱放置位置不合理、灭火器未在显著位置张贴标识。

(27) 2024119-027-E411: 氧气报警器位置放置不合规，气瓶无二维码、无安全管理档案，即将到期检验、存贮柜与气瓶不符，液体无标签。

(28) 2024119-028- E403: 无仪器设备安全操作规程。

(29) 2024119-025- E414: 无仪器设备安全操作规程。

(30) 2024119-030- E417: 气瓶无充装信息、无二维码、无定期检验合格标识、无安全管理档案、无状态标识牌，气瓶附件不齐全。

6. 新能源学院

(1) 2024120-001-214: 实验室缺少门牌信息。

(2) 2024120-002-221: 室内使用大功率电水壶；放置自行车等生活物品。

(3) 2024120-003-312: 室内存放食品。

(4) 2024120-004-316: 拖线板置地、级联；室内卫生较差。

7. 海洋学院

(1) 2024121-001-407 门外楼道：洗眼器出水污浊有异味（该型号的设备共性问题，建议报废）。

(2) 2024121-002-418: 洗眼器出水污浊有异味（该型号的设备共性问题，建议报废）。

(3) 2024121-003-420: 洗眼器出水污浊有异味（该型号的设备共性问题，建议报废）。

(4) 2024121-004-422: 试剂异味严重；拖线板置地和级联；生物培养实验放置在开放空间，建议使用专门的生物培养柜。