

1. 外国语学院

- (1) 2024104-001-501: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (2) 2024104-002-503: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (3) 2024104-003-504: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (4) 2024104-004-505: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (5) 2024104-005-506: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (6) 2024104-006-507: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (7) 2024104-007-509: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (8) 2024104-008-510: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (9) 2024104-009-102: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。
- (10) 2024104-010-103: 实验室张贴的安全信息牌无单位负责人、安全责任人、实验室管理人员等信息。

2. 电气与动力工程学院

- (1) 2024105-001-2102: 实验环境杂乱, 实验器材未规整存放。
- (2) 2024105-002-2102: 消防器材位置不当, 不便取用, 且未放置在灭火器箱内。
- (3) 2024105-003-2106: 配电箱门未关闭, 存在安全风险。
- (4) 2024105-004-2106: 消防器材标识处未放置消防器材。
- (5) 2024105-005-2108: 下水道不通畅。
- (6) 2024105-005-2112: 电源线随意连接, 插座非标。
- (7) 2024105-005-2112: 灭火器无检查记录。
- (8) 2024105-008-2112: 实验室纸箱堆积太高, 场所卫生应整洁有序。

- (9) 2024105-009-2205: 讲台上物品、插座随意堆放。
- (10) 2024105-010-2205: 灭火器点检卡信息不全, 无购置日期等信息。
- (11) 2024105-011-2211: 实验室管理员无钥匙开门。
- (12) 2024105-012-2303: 电源线随意连接。
- (13) 2024105-013-2308: 灭火器点检卡信息不全, 无购置日期等信息。

3. 公共管理学院

- (1) 2024106-001-311: 灭火器材位置不当, 不便取用;
- (2) 2024106-002-101: 实验室纸壳箱无序摆放堆叠过高;
- (3) 2024106-003-104: 插线板需有效固定且不能串接。

4. 法学院

- (1) 2024107-001-101: 插线板需有效固定且不能串接。

5. 水文水资源学院

- (1) 2024108-001-104: 实验室内禁止饮食。
- (2) 2024108-002-105: 实验室内禁止饮食, 禁止储存食品, 禁止使用食品储存和加工设备加工食品, 实验室内不得设置生活区, 实验室环境应整洁卫生有序。
- (3) 2024108-003-105: 用电不规范, 冰箱遮挡配电箱。
- (4) 2024108-004-108: 急救药箱应置于方便取用位置。
- (5) 2024108-005-108: 精密设备存放位置过高。
- (6) 2024108-006-108: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签, 试剂不得敞口放置。
- (7) 2024108-007-108: 实验室内禁止饮食。
- (8) 2024108-008-108: 实验室应保持消防通道通畅。
- (9) 2024108-009-406: 加热设备未张贴安全操作规程, 未设置警戒线, 顶部及周围未留有足够散热空间, 周围放置杂物。

6. 体育系

(1) 2024109-001-2110: 灭火器喷管未安装, 缺点检记录。

7. 地球科学与工程学院

(1) 2024110-001-101: 实验室环境应整洁卫生有序。

(2) 2024110-002-101: 实验室禁止饮食。

(3) 2024110-003-101: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签, 试剂不得敞口放置。

(4) 2024110-004-101: 用电不规范, 插线板置地、串接, 使用了旧国标插线板。

(5) 2024110-005-109: 实验室环境应整洁卫生有序。

(6) 2024110-006-109: 配电箱门未关闭。

(7) 2024110-007-111: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。

(8) 2024110-008-111: 实验室环境应整洁卫生有序。

(9) 2024110-009-202: 试剂应按照规定储存。

(10) 2024110-010-202: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。

(11) 2024110-011-202: 实验室环境应整洁卫生有序。

(12) 2024110-012-203: 实验室环境应整洁卫生有序。

(13) 2024110-013-203: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。

(14) 2024110-014-224: 实验废弃物应按照规定分类收集, 及时处理。

(15) 2024110-015-224: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签。

(16) 2024110-016-224: 实验室环境应整洁卫生有序。

(17) 2024110-017-229: 试剂应按照规定储存, 易燃试剂储存于防爆柜内。

(18) 2024110-018-229: 废弃物存放区杂物遮挡, 无警戒线。

(19) 2024110-019-229: 实验室环境应整洁卫生有序。

(20) 2024110-020-618: 易制爆柜未上锁, 未严格执行双人双锁管理。易制爆柜通风口未打开, 柜体未接地。管制品储存区无警戒

线，周围放置杂物。

(21) 2024110-021-618: 高温设备散热空间不足，遮挡通道，无操作规程。高温设备上方置物，不得放置易燃品和化学品。

(22) 2024110-022-618: 装有试剂、样品的容器缺信息明确的标签，试剂不得倒放。不使用饮料瓶存放试剂，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签。

(23) 2024110-023-618: 实验室环境应整洁卫生有序。

8. 农业科学与工程院

(1) 2024111-001-122: 暂存区警示标志需更新；

(2) 2024111-002-202: 应定期对洗眼装置进行维护，检查记录及时更新；

(3) 2024111-003-202: 化学试剂瓶叠放，倒放，物品摆放乱；

(4) 2024111-004-202: 试剂标识不明确；

(5) 2024111-005-202: 试剂柜物品清单需及时更新。

9. 环境学院

(1) 2024112-001-511: 废液桶长期敞口放置，有意外倾倒泼洒、挥发等风险。

(2) 2024112-002-511: 装有试剂的容器缺信息明确的标签。

(3) 2024112-003-511: 灭火毯未挂起，不便取用。

(4) 2024112-004-510: 灭火毯未挂起，不便取用。

(5) 2024112-005-508: 装有试剂的容器缺信息明确的标签。

(6) 2024112-006-508: 灭火毯未挂起，不便取用。

(7) 2024112-007-408: 装有试剂的容器缺信息明确的标签。

(8) 2024112-008-407: 装有试剂的容器缺信息明确的标签。

10. 力学与工程科学学院

(1) 2024113-001-305: 灭火器未按规定每月点检。

(2) 2024113-002-307: 接线板不能置地。

(3) 2024113-003-307: 实验室内禁止饮食。

(4) 2024113-004-307: 灭火器未按规定每月点检。

(5) 2024113-005-310: 灭火器倒放，上面放杂物，不便于紧急使用。

- (6) 2024113-006-310: 接线板老旧, 应使用新国标接线板:
- (7) 2024113-007-309: 接线板不能置地。
- (8) 2024113-008-312: 试剂瓶未张贴信息标签, 不能使用饮料瓶, 如确需使用, 应撕掉标签。
- (9) 2024113-009-403: 室内不能饮食。
- (10) 2024113-010-403: 消防通道不畅通, 门口不能放杂物。
- (11) 2024113-011-213: 配电箱上应张贴安全标识。
- (12) 2024113-012-213: 消防通道不畅通。
- (13) 2024113-013-214: 灭火器被遮挡, 不利于紧急取用。
- (14) 2024113-014-214: 实验室内禁止饮食。
- (15) 2024113-015-214: 实验桌不整洁。
- (16) 2024113-016-210: 实验室不整洁。
- (17) 2024113-017-210: 接线板不能置地。
- (18) 2024113-018-206: 接线板不能置地。
- (19) 2024113-019-203: 灭火器上和灭火器前不能有杂物遮挡。
- (20) 2024113-020-203: 实验室内不能饮食。
- (21) 2024113-021-203: 试剂未按规定贴标签。
- (22) 2024113-022-209: 灭火器不能置于门户, 不便于紧急取用。
- (23) 2024113-023-209: 实验室不整洁, 物品摆放杂乱。
- (24) 2024113-024-209: 实验室内禁止饮食。
- (25) 2024113-025-201: 灭火器不能置于门户, 不便于紧急取用。
- (26) 2024113-026-201: 实验室内禁止饮食。
- (27) 2024113-027-201: 试剂未按要求张贴标签。
- (28) 2024113-028-202: 实验室内禁止饮食。
- (29) 2024113-029-202: 气瓶状态不明, 应贴标识。
- (30) 2024113-030-202: 废液桶未放置于危废区, 无托盘放泄露。
- (31) 2024113-031-202: 过氧化氢是易制爆管控物品, 不能与其他试剂混放。
- (32) 2024113-032-202: 试剂柜上无试剂清单。
- (33) 2024113-033-202: 试剂未按要求贴标签。
- (34) 2024113-034-701: 实验室内禁止饮食。

11. 泥中心

- (1) 2024114-001-109: 装试剂的容器未贴信息标签。

- (2) 2024114-002-109: 灭火器未按规定每月进行点检。
- (3) 2024114-003-109: 张贴的标识不正确。
- (4) 2024114-004-109: 试剂瓶所贴标签信息不完整。
- (5) 2024114-005-109: 灭火器前不能有杂物遮挡。
- (6) 2024114-006-109: 通风橱内不能放置杂物
- (7) 2024114-007-109: 环境不整洁, 物品摆放杂乱
- (8) 2024114-008-109: 不在使用状态中的气瓶压力未归零
- (9) 2024114-009-104: 装试剂的容器未贴信息标签。
- (10) 2024114-010-104: 环境不整洁。
- (11) 2024114-011-104: 实验室内不能放置酒精喷雾, 易燃。